

Link do produktu: <https://diolut.pl/chy513-termometr-kalibrator-2kan-do-sond-kjte-chy-p-8639.html>



CHY513 Termometr-kalibrator 2kan. do sond K/J/T/E CHY

Cena brutto	607,63 zł
Cena netto	494,01 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	101308
Producent	CHY

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

- Cechy szczególne i funkcje specjalne
 - DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 - Odczyt T1, T2, T1 - T2
 - 2 kanały pomiarowe do sond typu K, J
 - T i E
 - Automatyczny wybór rozdzielczości
 - 0,1 albo 1°C/°F
 - MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartości
 - °C/°F - wybór skali odczytu temperatury
 - 2 równoległe kanały do kalibracji termometrów
 - Sygnał wyjściowy - napięciowy odpowiedni do charakterystyk termoelementów K, J, T i E
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
 - Okres kalibracji:
 - 1 rok
 - Współczynnik temperaturowy:
 - nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 50°C)
 - Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + wartość °C/°F), dla temp 23°C +/- 5°
- Temperatura Wartość min Wartość maxRozdzielczość Dokładność

[°C]	[°C]	ć [°C]	[%]	Dokładność [°C]	Typ sondy	Zabezpiecze nia DCpeak [V]	Zabezpiecze nie DC-ACrms [V]
-200	-60	0,1	0,1	2	termopara K 24	24	24
-60	1372	0,1	0,1	1	termopara K 24	24	24
-210	-60	0,1	0,1	2	termopara J 24	24	24
-60	1200	0,1	0,1	1	termopara J 24	24	24
-200	-60	0,1	0,1	2	termopara T 24	24	24
-60	400	0,1	0,1	1	termopara T 24	24	24
-220	-60	0,1	0,1	2	termopara E 24	24	24
-60	1000	0,1	0,1	1	termopara E 24	24	24

- Producent
 - CHY
- Kraj pochodzenia
 - Tajwan
- Gwarancja
 - 12 miesięcy

- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE:

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
 - Próbkowanie:
 - 1 raz/s
 - monochromatyczny
 - Zasilanie
 - Bateriajne
 - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - -1szt.
 - Żywotność baterii:
 - 100 godzin dla baterii węglowo-cynkowej
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 70 min. bezczynności
 - Warunki pracy:
 - 0°C÷50°C, wilgotność względna RH
 - Warunki przechowywania:
 - -20°C÷60°C, wilgotność względna RH
 - Wymiary i masa
- | Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 192 | 91 | 53 | 250g |

Wypożyczenie standardowe

- Przewód do kalibracji z wtykami nożowymi
 - (2 szt.)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
 - (2 szt. perełkowe)
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi